

地址 (Add): 湖北省武汉市东湖新技术开发区茅店山中路二号 邮编 (Post Code): 430223
电话 (Tel): 027-81925136
网址 (Web site): <http://www.hbil.gov.cn> 传真 (Fax): 027-81925137

CUC

REGISTRATION NO. 002

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: [0207013-0130]
Certificate No.

委托方/客户 中铁电气化局集团有限公司沈阳电气化工程分公司
Customer

委托方地址 辽宁省沈阳市浑南区上深沟村861-19号 (231)
Address

样品名称 回路电阻测试仪
Name Of Sample

制造厂商 武汉特高压电力技术有限公司
Manufacturer

型号规格 HTHL-100P
Model/Type

器具编号

- 本院是政府计量行政管理部门依法设立的法定计量检定机构
This laboratory is a legal metrological verification institution established by the government metrological administrative department according to law.
- 本院质量管理体系符合ISO/IEC17025标准的要求。
The quality management system for laboratory complies with ISO/IEC 17025 standards.

● 本次校准的技术依据(标准名称、代号)

Reference documents for the Calibration (Name、Code)

参照: JJG1052—2009 回路电阻测试仪、直阻仪检定规程
of Air-flow Method

Calibration for Fibre Fineness Tester

- 本次校准所使用的主要计量标准器具
Main standards of measurement used in the Calibration

设备名称
Name of Equipment

模拟大功率交直流标准电阻器

型号/编号
Model/Serial No.

MIZ-600/12037

证书号/有效期
Certificate No./Due Date

2022DW02250493/2023-02-30

校准环境条件

Environmental condition on the Calibration



校准数据/结果

Data/Results of Calibration

标准值 ($\mu\Omega$)	被校器具示值 ($\mu\Omega$)	测量不确定度
100.0	100.0	
200.0	200.0	
300.0	300.0	
400.0	400.0	
500.0	500.1	
600.0	600.3	
700.0	700.7	
800.0	800.8	
900.0	900.6	
1000	1000.7	

$k=0.25, n=2$

平安路
1000