湖北省电力试验研究院
Hubei Institute of Measurement and Testing Technology
地址（Add）：湖北省武汉市东湖新技术开发区关山中路二号
邮编（Post Code）：430223
电话（Tel）：027-81925136
网址（Web site）：http://www.hbjl.gov.cn
传真（Fax）：027-81925137

CUC
REGISTRATION NO. 002

证书编号
Certificate No.

委托方名称
Name of Client

Sample

制造厂商
Manufacturer
武汉特高压电力科技有限公司

型号
Model/Type
HTCZ-II

相互承认协议”

s standards.

- 本次校准的技术依据（名称、代号）
  Reference documents for the Calibration (Name 、 Code)

- 本次校准所使用的主要计量标准器具
  Main standard ... used in the Calibration

设备名称 Name of Equipment	型号 编号 Model Serial No.	证书号 有效期 Certificate No. Due Date
		2022DW02250483/200

- **校准环境条件**
  Environmental condition on the Calibration

温度： 21.0℃ 其它：——

Temperature Others

气压： —— 地点： 本院光谷基地B211室 原始记录编号：

校准数据/结果

Data/Results of Calibration

量程：50A			量程：30A		
标准值（mΩ）	显示值（mΩ）	$U_{rel}(k=2)$	标准值（mΩ）	显示值（mΩ）	$U_{rel}(k=2)$
1.000	1.002		1.000	1.001	
3.000	3.005		3.000	3.006	
5.000	5.010	0.1%	5.000	5.009	0.1%
7.000	7.015		7.000	7.013	
10.00	10.02		10.00	10.01	

以下空白