

湖北省计量测试技术研究院

Hubei Institute of Measurement and Testing Technology

地址 (Add): 湖北省武汉市东湖新技术开发区茅

邮编 (Post Code): 430223

店山中路二号

电话 (Tel): 027-81925136

网址 (Web site): <http://www.hbil.gov.cn>

传真 (Fax): 027-81925137

中国校准服务联合会

China United Calibration Service

CUC

REGISTRATION NO. 1003...

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号:

Certificate No.

委托方名称

云南华电大黑山风力发电有限公司

Customer

委托方地址

Address

校准日期

Calibration Date

校准有效期

Calibration Validity

校准项目

Calibration Item

校准结果

Calibration Result



相互承认协议”。

The measuring equipment used in the calibration is traceable to national primary standards maintained in National Institute of Metrology (NIM). NIM is a member of the International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC).



校准数据/结果

Data 7. Results of Calibration

一、电压测量

标准值/V	被检显示值/V	测量不确定度(U; k=2)
10.000	9.980	0.012V
20.00	19.95	0.01V
30.00	29.96	0.01V
40.00	39.94	0.01V
50.00	49.93	0.02V

